PN 91252 Rev. A 08/18

EN

Overview & Quick Reference Guide

A1CNow® Self Check

Test System

Note: All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.

pts Diagnostics

1-877-870-5610 (toll-free) or +1-317-870-5610 (direct)

We invite you to call us and we will guide you through the test.

⚠ IMPORTANT!

- **FIRST,** we strongly recommend you read all instructions carefully and watch the brief instructional video on our website at ptsdiagnostics.com. **THEN**, follow all steps as you perform the test.
- **Do not** open pouches until instructed.
- Make sure lot number on analyzer matches lot numbers on pouches.
- Use indoors between 18°C - 25°C /64°F - 77°F and out of direct sunlight.
- Do not use if dot on the temperature label of box is red or if the product is past the expiration date.
- If the kit has recently been kept at temperatures outside the recommended conditions, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.



Complete test within 15 minutes.

- **DO NOT adjust your medication unless instructed to do so by your doctor or healthcare provider.**
- If you have any questions about your A1C result, please contact your doctor or healthcare provider.

Caution: This device contains material of animal origin and should be handled as a potential carrier and transmitter of disease.

For additional information, see the reverse side of this insert.

If you are not able to access the instructional video on our website, we encourage you to call customer service at 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct) to walk you through the test.

Match Lot Numbers

Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "00TL."



1 Open Plastic Shaker Pouch*

⚠ Do NOT open foil cartridge pouch until Step 6.



2 Stick Finger

- Wash hands or clean with alcohol and dry before testing.
- Remove cap and press lancet into finger.
- Gently squeeze finger to get adequate blood.



Actual size required

3 Collect Blood

- Gently touch blood collector to top of blood drop to fill.
- Make sure collector is adequately filled.



4 Insert Blood Collector

- Fully insert blood collector into shaker body.
- Push hard while twisting to fully insert.



5 Mix

- Shake vigorously 6-8 times (about 5 seconds). This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.



6 Open Foil Cartridge Pouch* AFTER Blood Collection

Insert cartridge into analyzer immediately and use within 2 minutes.

Tear foil pouch open at the notches on the sides.

⚠ **Caution: Do NOT open foil pouch until this step. Use within 2 minutes of opening.** If foil pouch is damaged, do not use.

7 Insert Cartridge

- "Click" test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- **If codes do not match, call Customer Service at 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct).**

Match codes

If analyzer and cartridge codes do not match, call Customer Service at 1-877-870-5610 or +1-317-870-5610.

8 Prepare Shaker

Remove shaker base.



9 Dispense Sample into Cartridge

- Ensure analyzer is on level surface.
- Push down completely to dispense diluted sample and remove in a continuous motion.
- Remove sampler from cartridge quickly.
- "RUN" will appear.

Do not handle analyzer again until test is complete!

10 5 Minutes to Results



- This result cycle remains displayed for 15 minutes or until the next test cartridge is inserted.
- **If "QCOK" is not displayed, please refer to the troubleshooting section or contact Customer Service.**

11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer

- Dispose of cartridge in your household waste.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "01TL" if there is one test left and "00TL" if you just used your last test.
- Record your A1C result in the result log in Step 12.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.

NOTE: To run another test, use a new shaker, blood collector, test cartridge, and lancet from the same kit and return to Step 1.

12 Log Result

Chart your progress here.

Record your A1C results here, and bring this with you when you see your doctor. Mark down your A1C goal in the space provided.

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Result Interpretation

- **Do not take any decision of medical relevance without first consulting your healthcare practitioner.**
- When this device is used for monitoring of an existing disease, adapt the treatment **only** if you have received the appropriate training to do so.

* Pouch illustrations may vary.

RU

Обзор и краткое справочное руководство

A1CNow® Self Check

Тест-система

Примечание. Все указанные в этом вкладыше коробки и упаковки представлены ТОЛЬКО в качестве образцов. См. упаковку, прилагаемую к вашему комплекту.

pts Diagnostics

1-877-870-5610 (бесплатный) или +1-317-870-5610 (прямой)

Позвоните нам, и мы предоставим вам инструкции по выполнению теста.

⚠ ВАЖНО!

- **ВО-ПЕРВЫХ,** настоятельно рекомендуем вам внимательно прочесть все инструкции и посмотреть краткое обучающее видео на нашем веб-сайте ptsdiagnostics.com. **ПОМИМО ЭТОГО**, выполняя тест, соблюдайте все указанные шаги.
- **Не** вскрывайте упаковки до получения соответствующих инструкций.
- Проверяйте, чтобы номер партии анализатора совпадал с номерами партий на упаковках.
- Используйте внутри помещений при температуре от 18 до 25 °C (от 64 до 77 °F) вдали от прямых солнечных лучей.
- Не используйте тест, если точка на этикетке коробки с указанием температуры красная или если истек его срок годности.
- Если комплект недавно хранился при температуре, выходящей за рамки рекомендуемого диапазона, перед использованием оставьте его при комнатной температуре на время не менее часа.

Выполните тест в течение 15 минут.

- **НЕ изменяйте дозировку препаратов, если только вы не получили соответствующие инструкции от лечащего врача.**
- При возникновении каких-либо вопросов о результатах измерений гликированного гемоглобина A1C обращайтесь к лечащему врачу.

Предупреждение. Это устройство содержит материалы животного происхождения, поэтому с ним необходимо обращаться как с потенциальным носителем и переносчиком заболеваний.

Дополнительную информацию см. на обратной стороне этого вкладыша.

Если вам не удается получить доступ к обучающему видео на нашем веб-сайте, рекомендуем вам позвонить в службу по работе с клиентами по номеру 1-877-870-5610 (бесплатный в США и Канаде) или +1-317-870-5610 (прямой), чтобы получить инструкции к тесту.

Совпадение номеров партий

Используйте анализатор только с материалами, которые поставляются в оригинальном комплекте. Срок годности анализатора истекает после выполнения запрограммированного количества тестов. При вставке другого теста-картриджа на дисплее анализатора появится сообщение 00TL.



1 Вскрытие пластиковой упаковки шейкера*

⚠ НЕ вскрывайте фольгированную упаковку картриджа до выполнения шага 6.

2 Прокол пальца

- Перед выполнением теста вымойте и высушите руки или протрите их спиртом.
- Снимите колпачок и прижмите ланцет к пальцу.
- Слегка надавите на палец, чтобы получить достаточное количество крови.



Требуемое количество в натуральную величину

3 Забор образца крови

- Аккуратно прикоснитесь коллектором крови к капле крови сверху, чтобы заполнить его.
- Следите за тем, чтобы коллектор достаточно заполнился.



4 Вставка коллектора крови

- Полностью вставьте коллектор крови в корпус шейкера.
- С силой прижмите его и прокрутите, чтобы он до конца вставился в шейкер.



5 Смешивание

- Энергично встряхните 6–8 раз (около 5 секунд). Таким образом кровь полностью смешается с раствором.
- Поставьте шейкер на стол на время подготовки картриджа.



6 Вскрытие фольгированной упаковки картриджа* ПОСЛЕ забора крови

Незамедлительно вставьте картридж в анализатор и используйте в течение 2 минут.

Вскройте фольгированную упаковку в соответствии с указанными отметками с обеих сторон.

⚠ **Предупреждение. НЕ вскрывайте фольгированную упаковку до выполнения этого шага. Используйте в течение 2 минут после вскрытия.** Если фольгированная упаковка повреждена, не используйте ее.

7 Вставка картриджа

- Вставьте тест-картридж до щелчка.
- Коды анализатора и тест-картриджа должны совпадать.
- **Если коды не совпадают, позвоните в службу по работе с клиентами по номеру 1-877-870-5610 (бесплатный в США и Канаде) или +1-317-870-5610 (прямой).**

Совпадающие коды

Если коды анализатора и картриджа не совпадают, позвоните в службу по работе с клиентами по номеру 1-877-870-5610 или +1-317-870-5610.

8 Подготовка шейкера

Снимите нижнюю часть шейкера.



9 Внесение образца в картридж

- Положите анализатор на ровную поверхность.
- Надавите до конца, чтобы полностью внести разведенный образец крови, и вытяните его одним движением.
- Быстро извлеките пробоотборник из картриджа.
- На дисплее анализатора появится сообщение RUN.

Не прикасайтесь к анализатору во время выполнения теста!

10 Получение результатов через 5 минут

- Результаты будут отображаться на дисплее поочередно в течение 15 минут или до тех пор, пока не будет вставлен новый тест-картридж.
- **Если сообщение QCOK не отображается, см. раздел устранения неисправностей или обратитесь в службу по работе с клиентами.**

11 Утилизация картриджа и сохранение анализатора

- Утилизируйте картридж как бытовые отходы.
- Сохраните анализатор для выполнения дополнительных тестов. Например, если в анализаторе остался один тест, на дисплее появится сообщение 01TL, а если вы использовали последний тест — 00TL.
- Вносите результаты гликированного гемоглобина A1C в журнал результатов, представленный в шаге 12.
- Результаты будут отображаться на дисплее анализатора в течение 15 минут, после чего анализатор автоматически выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выполнить другой тест, возьмите новые шейкер, коллектор крови, тест-картридж и ланцет из того же комплекта и вернитесь к шагу 1.

12 Журнал результатов

Указывайте здесь результаты тестов.

Вносите сюда результаты гликированного гемоглобина A1C и берите с собой этот журнал на прием к врачу. Записывайте целевой показатель гликированного гемоглобина A1C в представленном поле.

Дата:
Результат A1C:
Целевой показатель A1C:

Дата:
Результат A1C:
Целевой показатель A1C:

Дата:
Результат A1C:
Целевой показатель A1C:

Дата:
Результат A1C:
Целевой показатель A1C:

Интерпретация результатов

- **Не делайте никаких выводов относительно назначения лечения, не проконсультировавшись со своим лечащим врачом.**
- При использовании этого устройства для контроля текущего заболевания корректируйте уже назначенный курс лечения, **только** если вы располагаете соответствующими знаниями.

* Изображения упаковок могут отличаться.

JA

製品概要 & クイック リファレンス ガイド

A1CNow® Self Check

検査キット

注意: この説明書に掲載されている箱やパウチは代表例として表示されているものです。必ずお手元のキットに同梱されているパッケージをご覧ください。

pts Diagnostics

1-877-870-5610（フリーダイヤル）または+1-317-870-5610（直通）

ご連絡いただければ、検査の手順を詳しくご案内します。

⚠ 重要!

- **まず、**すべての説明を熟読し、弊社ウェブサイト（ptsdiagnostics.com）で提供している簡単な説明動画をご覧ください。**次に、**手順に従って検査を実施してください。
- **指示があるまで**パウチを開けないでください。
- アナライザーのロット番号がパウチのロット番号と一致していることを確認してください。
- 18℃～25℃（64℉～77℉）に温度設定された室内で、直射日光を避けてご使用ください。
- 箱の温度ラベルのドットが赤色であるか、製品が使用期限を過ぎている場合は使用しないでください。
- 最近、推奨条件外の温度でキットを保管した場合は、使用前に1時間以上は室温に置いてください。

検査は15分以内に完了してください。

- **医師または医療提供者の指示がない限り、服薬を調整しないでください。**
- A1Cの結果について不明な点がございましたら、医師または医療提供者にご相談ください。

注意: この装置には動物由来の材料が含まれているため、病原体を運搬および伝達する恐れがあるものとして取り扱ってください。

詳細については、この説明書の裏面をお読みください。

弊社ウェブサイトの説明動画にアクセスできない場合は、1-877-870-5610（フリーダイヤル：米国およびカナダ）または+1-317-870-5610（直通）でカスタマーサービスにご連絡ください。検査方法を順を追って説明します。

ロット番号の確認

アナライザーを使用する際は、同一のキットに含まれている消耗品のみを使用してください。アナライザーは所定の回数分の検査が終わると期限切れとなります。別の検査カートリッジを挿入すると、アナライザーに「00TL」と表示されます。



1 シェーカーのプラスチック製パウチを開く*

⚠ ステップ6までは、カートリッジのフォイルパウチを開けないでください。

2 指先に針を刺す

- 試験前に手を洗うかアルコールで消毒し、乾燥させてください。
- キャップを外し、ランセットを指に押し込みます。
- 指先をやさしく絞り上げ、十分な血を押し出します。



実物大

3 採血する

- 採血具で指先の血玉にやさしく触れ、吸い上げます。
- 採血具に適切な量の血液が満たされるようにします。



4 採血具を差し込む

- 採血具をシェーカー本体に完全に差し込みます。
- 隙間が空かないよう、ねじりながら強く押します。



5 混ぜる

- シェーカーを激しく6～8回振ります（約5秒間）。これにより、血液と溶液が混ざります。
- シェーカーをテーブルに立てて置き、カートリッジを準備します。



6 カートリッジのフォイルパウチを開ける*（採血後）

カートリッジをすぐにアナライザーに挿入し、2分以内に使用します。

両側の切り込みからフォイルパウチを開けます。

⚠ **注意：このステップまでフォイルパウチを開けないでください。開封後は2分以内に使用してください。** フォイルパウチが破損している場合は、使用しないでください。

7 カートリッジを挿入する

- 「カチッ」という音がするまで検査カートリッジを押し込みます。
- アナライザーと検査カートリッジのコードは一致する必要があります。
- **コードが一致しない場合は、1-877-870-5610（フリーダイヤル：米国およびカナダ）または+1-317-870-5610（直通）でカスタマーサービスにご連絡ください。**

コードの一致を確認

アナライザーとカートリッジのコードが一致しない場合は、カスタマーサービス（1-877-870-5610または+1-317-870-5610）にご連絡ください。

8 シェーカーを準備する

シェーカーの基礎部分を取り外します。



9 検体をカートリッジに移す

- アナライザーを平らな面に置きます。
- シェーカーを完全に押し込んで希釈された検体を排出したら、すぐにシェーカーを抜きます。
- すべてを一連の動作で行ってください。
- 「RUN」と表示されます。

検査が完了するまで、アナライザーに触れないでください!

10 5分後に結果を読み取る



- 検査結果は、15分間または次の検査カートリッジが装着されるまで表示されます。
- **「QCOK」が表示されない場合は、トラブルシューティングの項目を参照するか、カスタマーサービスにご連絡ください。**

11 カートリッジを廃棄する/アナライザーを保管する

- カートリッジは家庭ごみとして廃棄してください。
- アナライザーは保管して何回か再利用できます。たとえばアナライザーに「01TL」と表示されている場合は、あと1回検査が可能です。「00TL」と表示されている場合は、最後の検査が完了したことを意味します。
- ステップ12の結果ログにA1Cの結果を記録します。
- アナライザーは結果を15分間表示し、自動的にオフになります。

注意：別の検査を実行するには、同じキットの新しいシェーカー、採血具、検査カートリッジ、ランセットを用意して、ステップ1に戻ります。

12 結果を記録する

検査記録をつけましょう。

A1Cの結果をここに記録し、次回の診察時に医師に見せてください。一番下の欄にはA1Cの目標値を記入してください。

日付:
A1Cの結果:
A1Cの目標値:

日付:
A1Cの結果:
A1Cの目標値:

日付:
A1Cの結果:
A1Cの目標値:

日付:
A1Cの結果:
A1Cの目標値:

結果の解釈

- **医療従事者に相談することなく、医療上の意思決定をしないでください。**
- この装置を既存疾患の経過観察に使用する際は、適切な訓練を受けている場合**に限り**、治療内容を調整するようにしてください。

* 実際のパウチとは図柄が異なる場合があります。

AR

نظرة عامة ودليل مرجعي سريع

A1CNow® Self Check

نظام اختبار

ملاحظة: كل الأمثلة على الصندوق أو العبوات في هذه النشرة للتمثيل فقط. يُرجى الرجوع إلى العبوة المضمنة في المجموعة المعينة.

pts Diagnostics

1-877-870-5610 (مجانًا) أو +1-317-870-5610 (مباشر)

نرجو من المستخدم الاتصال بنا وسنقدم إليه التوجيهات أثناء تنفيذ الاختبار.

⚠ هام!

- **أولاً،** نوصي بشدة بقراءة كل التعليمات بعناية ومشاهدة الفيديو التعليمي الموجز على موقعنا الإلكتروني على ptsdiagnostics.com **بعد ذلك،** ينبغي اتباع كل الخطوات أثناء تنفيذ الاختبار.
- **لا يجوز** فتح العبوات إلا بعد الحصول على التعليمات.
- ينبغي التأكد من موافقة رقم التشغيلة لأداة التحليل لرقم التشغيلة للعبوات.
- ينبغي استخدام الجهاز في الأماكن المغلقة في درجة حرارة 18 - 25 درجة مئوية/64 - 77 فهرنهايت وبعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.
- لا يجوز استخدام المنتج إذا أصبح ملمسق درجة الحرارة باللون الأحمر أو إذا انتهت مدة صلاحية المنتج.
- في حالة الاحتفاظ بالمجموعة في درجة حرارة خارج نطاق تلك الموصى بها، ينبغي حفظ المجموعة في درجة حرارة الغرفة لساعة واحدة على الأقل قبل الاستخدام.

ينبغي إكمال الاختبار خلال 15 دقيقة.

- **لا يجوز تعديل الدواء الا وفق تعليمات الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية.**
- في حالة وجود أيّ أسئلة حول نتائج A1C، يُرجى الاتصال بالطبيب أو مقدم الرعاية الصحية.

تنبيه: يحتوي الجهاز على مواد من أصل حيواني وينبغي التعامل معها كحامل وناقل محتمل للأمراض.

للمزيد من المعلومات، انظر الجانب الآخر من هذه النشرة.

في حالة تعذر الوصول إلى الفيديو التعليمي على موقعنا الإلكتروني، نرجو الاتصال بخدمة العملاء لدينا على الرقم 1-877-870-5610 (مجانًا في الولايات المتحدة وكندا) أو +1-317-870-5610 (مباشر) للمساعدة في تنفيذ الاختبار خطوة بخطوة.



1 افتح عبوة أداة الرج البلاستيكية*

⚠ لا يجوز فتح عبوة الخرطوشة المغلفة بالورق المعدني إلا عند الخطوة 6.

2 وخز الإصبع

- ينبغي غسل اليدين أو تنظيفهما بالكحول أو تجفيفهما قبل تنفيذ الاختبار.
- ينبغي إزالة الغطاء و غرس المغمد في الإصبع.
- يمكن الضغط على الإصبع برفق للحصول على كمية الدم الملائمة.



الحجم الفعلي المطلوب

3 تجميع الدم

- ينبغي لمس أداة تجميع الدم بالجزء العلوي من قطرة الدم لملئه.
- ينبغي التأكد من امتلاء أداة تجميع الدم بشكل ملائم.



4 إدخال أداة تجميع الدم

- أدخل أداة تجميع الدم بالكامل في هيكل أداة الرج.
- ادفع بقوة مع التنوير للإدخال التام.



5 المزج

- ينبغي الرج بقوة 6 - 8 مرات (نحو 5 ثوانٍ). يؤدي هذا الإجراء إلى مزج الدم مع المحلول.
- أوقف أداة الرج على المنصدة أثناء تجهيز الخرطوشة.



موافقة عدد التشغيلة

لا تستخدم أداة التحليل إلا مع المواد المضمنة في المجموعة الأصلية. تنتهي صلاحية أداة التحليل بعد إجراء العدد المبرمج من الاختبارات. في حالة إدراج خرطوشة اختبار أخرى، تعرض أداة التحليل "00TL".

6 ينبغي فتح عبوة الخرطوشة المغلقة بالورق المعدني* بعد تجميع الدم

أدخل الخرطوشة في أداة التحليل على الفور واستخدمها خلال دقيقتين.

ينبغي تمزيق العبوة المغلقة بالورق المعدني لفتحها عند الفتحات الموجودة على الجانبين.

⚠ **تنبيه: لا يجوز فتح عبوة الخرطوشة المغلقة بالورق المعدني إلا عند هذه الخطوة. ينبغي الاستخدام خلال دقيقتين من الفتح.** في حالة تلف العبوة ذات التغليف المعدني، لا يجوز استخدامها.



7 إدخال الخرطوشة

- قم بتركيب خرطوشة الاختبار في مكانها إلى أن تسمع صوت "الاستقرار في المكان الصحيح".
- يجب توافق رموز أداة التحليل وخرطوشة الاختبار.
- **في حالة عدم توافق الرموز، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء على 1-877-870-5610 (مجانًا في الولايات المتحدة وكندا) أو 1-317-870-5610+ (مباشر).**

موافقة الرموز

في حالة عدم توافق رموز أداة التحليل والخرطوشة، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء على 1-877-870-5610 أو 1-317-870-5610+.

8 إعداد أداة الرج

إزالة قاعدة أداة الرج.



9 تفريغ العينة في الخرطوشة

- ينبغي التأكد من وضع أداة التحليل على سطح مستوٍ.
- ادفع للأسفل بالكامل لتفريغ العينة المخففة وإزالة أيّ حركة مستمرة.
- قم بإزالة أداة العينة من الخرطوشة بسرعة.
- ستظهر كلمة "RUN".

لا يجوز استخدام أداة التحليل مرة أخرى إلا بعد اكتمال الاختبار!

10 5 دقائق للحصول على النتائج

- تبقى دورة النتائج هذه معروضة لمدة 15 دقيقة أو إلى أن يتم إدخال خرطوشة الاختبار التالية.
- **إذا لم تظهر "QCOK"، يُرجى الرجوع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو الاتصال بخدمة العملاء.**

11 التخلص من الخرطوشة/ حفظ أداة التحليل

- يمكن التخلص من الخرطوشة مع المخلفات المنزلية.
- يمكن حفظ أداة التحليل لمزيد من الاختبارات. تعرض أداة التحليل على سبيل المثال "01TL" في حالة بقاء اختبار واحد و"00TL" في حالة استخدام الاختبار الأخير مؤخرًا.
- قم بتسجيل نتيجة A1C في سجل النتائج في الخطوة 12.
- تعرض أداة التحليل النتيجة لمدة 15 دقيقة ثم تُغلق تلقائيًا.

ملاحظة: لتنفيذ اختبار آخر، ينبغي استخدام أداة رج جديدة، وكذلك أداة تجميع الدم وخرطوشة اختبار ومقعد من المجموعة نفسها والعودة إلى الخطوة 1.

12 تسجيل النتيجة النتيجة

استخدم الجداول التالية لتدوين النقدم هنا.

قم بتسجيل نتائج A1C هنا، وأحضر هذا معك عند زيارة الطبيب. حدد هدف A1C الخاص بك في المساحة المتوفرة.

التاريخ:
نتيجة A1C:
هدف A1C:

التاريخ:
نتيجة A1C:
هدف A1C:

التاريخ:
نتيجة A1C:
هدف A1C:

التاريخ:
نتيجة A1C:
هدف A1C:

تفسير النتائج

- **لا يجوز اتخاذ أيّ قرار طبي دون استشارة ممارس الرعاية الصحية أولاً.**
- عند استخدام هذا الجهاز لمراقبة وجود الأمراض، يمكن تعديل العلاج **فقط** في حالة الحصول على التدريب الملائم لتنفيذ هذا التعديل.

* قد تختلف الرسوم التوضيحية للعبوات.

A1CNow®
Self Check Test System

EN

INTENDED USE
The A1CNow® Self Check test system provides a quantitative measurement of the percent of glycated hemoglobin* levels in capillary (fingerstick*) blood samples. The test is for home use to monitor glycemic control in people with diabetes.

Before using this test, please read all instructions carefully.
If you need further help, call 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (phone).
Customer Service will be glad to help you.

Do not take any decision of medical relevance without first consulting your medical practitioner.

INTRODUCTION
The percent (%) of A1C in your blood today tells you how well you have been controlling your blood sugar (glucose) levels over the past 2-3 months. About 50% of the A1C result is from the past 30 days of blood sugar levels, about 25% is from the past 30-60 days, and about 25% is from the past 60-90 days.[1]

The American Diabetes Association (ADA) and Canadian Diabetes Association (CDA) recommend that your A1C levels should be tested at least 2 times per year if you are meeting your diabetes treatment goals and your blood sugar is stable. If your treatment changes or you are not meeting your treatment goals, the ADA and CDA recommend that you test at least every 3 months.[2,3]

The A1CNow Self Check test system is an easy-to-use at home test to measure your A1C levels, with results in 5 minutes. In addition to blood sugar testing, you can further participate in your diabetes care using this test. You can have the results ready before you have your checkups to share with your healthcare professional. Contact your healthcare professional if you have any concerns about your A1C result. The A1CNow Self Check test system is not a substitute for regular assessment in a doctor's office or laboratory setting where a quality control program is in effect.

PRINCIPLES OF THE TEST
The A1CNow Self Check analyzer utilizes both immunoassay and chemistry technology to measure A1C and total hemoglobin, respectively. Upon the addition of a diluted blood sample, blue microparticles conjugated to anti-A1C antibodies migrate along the reagent strips. The amount of blue microparticles captured on the strips reflects the amount of A1C in the sample.

MATERIALS PROVIDED
The box contains materials for multiple A1C tests. See outside box for quantity as it may vary. Make sure all of the following parts are in the box. DO NOT open the pouches until ready to use.

- A1CNow Self Check analyzer (see box label for quantity)
- Cartridge pouch (see box label for quantity). Each test cartridge contains 2 dry-reagent strips containing:
  - Anti-HbA1c antibody: latex conjugate, minimum 3 µg HbA1c minimum hapten, covalently attached to carrier protein, minimum 0.02 µg.
- Shaker pouch (see box label for quantity), each containing:
  - Shaker (1) containing: 0.2% w/v potassium ferricyanide, 2% w/v surfactant, 0.7% w/v non-reactive ingredients, 5 mM buffer in water.
  - Blood collector (1)
  - Lancet, disposable (1)
- Product insert(s)

MATERIALS NEEDED BUT NOT PROVIDED
- Gauze pad or cotton ball
- Bandage

Contact Customer Service for a list of liquid controls.

PREPARING TO TAKE THE TEST
You may run your A1C test any time of the day. Remember to wash your hands prior to performing the test.

No special diet is necessary (you do not have to be fasting when taking this test). You may want to run this test at the same time as you do a blood sugar test.

In order to help ensure an accurate result, please complete the test from beginning to end within 15 minutes. Avoid running the test in direct sunlight, on hot or cold surfaces or near sources of heat or cold. If the test has recently been at high temperatures (greater than 77°F/25°C) or at low temperatures (lower than 64°F/18°C), allow the kit parts to come to room temperature (64-77°F/18-25°C) for at least one hour before you run your test. Leave the parts in their sealed pouches while waiting.

Do not move the analyzer while test is in progress.

WHAT TO DO WITH THE RESULT
The analyzer will not store your results for more than 15 minutes, so write down the result and the test date on the result log on the front of this insert to prevent loss of information.

WHAT THE TEST RESULT MEANS
For most people with diabetes, the ADA and CDA recommend that your A1C should be under 7%.[2,3] Your healthcare professional will tell you what target level is right for you.

HOW DOES THIS TEST COMPARE WITH THE A1C TEST FROM THE DOCTOR'S OFFICE OR THE LABORATORY?
Test results will rarely match exactly. This is true even for repeated tests done in the same lab.

A1C results may be different due to: slight differences between labs, normal variation within each test method, and the time between tests.

STORAGE AND HANDLING
- Store and use at room temperature at 64-77°F (18-25°C) and out of direct sunlight.
- If you cannot confidently store the kit under these recommended conditions, you have the option of refrigerating the kit at 36-46°F (2-8°C). DO NOT freeze. However, you must bring the kit to room temperature for at least one hour prior to use.
- If the temperature label, placed on the outside of every kit, is exposed to a temperature in excess of 122°F (50°C), the dot on the label will turn red and the product should not be used.
- DO NOT use the test after the expiration date shown on the box.
- If disinfection of the analyzer is desired, Super Sani-Cloth® wipes are recommended (EPA Reg. No. 9480-4, Professional Disposables International (PDI), Orangeburg, New York), concentration of active ingredients (0.25%) and with a contact time of 2 minutes. The active ingredients in this disinfectant are n-Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides.
- Store analyzer in protective package when not in use.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
- **When this analyzer is used for the monitoring of an existing disease, you should only adapt the treatment if you have received the appropriate training to do so.**
- For self-testing use outside of the body only (*in vitro* diagnostic use).
- To ensure proper test performance, carefully read and follow the steps located on the front side of this product insert.
- **DO NOT adjust your medication unless instructed to do so by your doctor or healthcare professional.**
- DO NOT substitute this test for blood sugar monitoring.
- The following conditions may affect the accuracy of your A1C result: hemoglobin variants (Hbs, HbC), elevated HbF, anemia, recent significant blood loss, a recent blood transfusion, or high amounts of rheumatoid factor.
- People with hemophilia (bleeding disorder) or on anti-coagulant therapy (blood thinning medicine) should consult their doctor or healthcare professional before using this kit.
- DO NOT use the test kit if any parts are cracked or broken.
- DO NOT eat or drink any parts of this kit.
- Keep out of reach of children under the age of 7 years. When children are performing the test, be sure that testing is done under adult supervision.
- DO NOT use any other body fluids or food to perform this test. Use ONLY your fingerstick blood sample.
- DO NOT reuse the shaker or the cartridge. Throw these parts away after using them once. Refer to Step 11 on the front side of this insert.
- If the solution from inside the shaker touches your skin or your eyes, flush with water.
- Leave the cartridge pouch sealed until ready for use.
- DO NOT add your blood directly to the cartridge. Your blood must first be added to the shaker.
- DO NOT touch the white circle area of the cartridge.
- This test is to be used at room temperature between 64 and 77°F (18 and 25°C). Using the test outside this temperature range will give you an error code.
- The test cartridges should not be used if the foil pouch or any other protective packaging is damaged.
- **Caution: The analyzer contains material of animal origin and should be handled as a potential carrier and transmitter of disease.**

LIMITATIONS
- This test is NOT for the screening or diagnosis of diabetes.
- If the user has high levels of Hemoglobin F, Hemoglobin S, Hemoglobin C, or other hemoglobin variants, the A1CNow system may report incorrect results.
- Any cause of shortened red cell survival (e.g., hemolytic anemia or other hemolytic diseases, pregnancy, recent significant blood loss, etc.) will reduce exposure of red cells to glucose. This results in a decrease in % A1C values. Percent A1C hemoglobin results are not reliable in users with chronic blood loss and consequent variable erythrocyte life span.
- Rheumatoid Factor in high amounts will cause low results, or an error code. It is recommended that A1C be re-checked by alternate methodology, such as boronate affinity, by a healthcare professional.
- This test is NOT a substitute for regular healthcare provider visits and blood glucose monitoring.
- As with any laboratory procedure, a large discrepancy between clinical impression and test results usually warrants investigation.

QUALITY CONTROL
Each PTS Diagnostics A1CNow Self Check analyzer performs over 50 internal chemical and electronic quality control checks, including potential hardware and software errors (e.g. cartridge alignment, programming), and potential test strip errors (e.g. insufficient sample volume, invalid calculations). The analyzer has been programmed to report an error code if these quality checks are not passed. Contact Customer Service at 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct), if you receive any errors.

TROUBLESHOOTING
See the table below for a description of A1CNow Self Check test system operating and error codes ("OR"= Out of Range, "QC"= Quality Control, "E"= Analyzer Error).

MESSAGE	DESCRIPTION AND RESOLUTION
OR 1	The blood sample may have too little hemoglobin for the test to work properly, or you added too little blood. Call Customer Service.
OR 2	The blood sample may have too much hemoglobin for the test to work properly, or you added to much blood. Call Customer Service.
OR 3	The blood sample may have too little hemoglobin A1C for the test to work properly, or you added too little blood. Call Customer Service.
OR 4	The blood sample may have too much hemoglobin A1C for the test to work properly, or you added too much blood. Call Customer Service.
OR 5	The analyzer temperature is below 64°F (18°C). The test must be repeated with a new cartridge at room temperature 64-77°F (18-25°C).
OR 6	The analyzer temperature is above 77°F (25°C). The test must be repeated with a new cartridge at room temperature 64-77°F (18-25°C).
<4.0	The % A1C is less than 4%. Call Customer Service.
>13.0	The % A1C is greater than 13%. Call your healthcare professional.
QC 2	Occurs when you insert a cartridge that already has sample added to it. Do not remove and reinsert a cartridge after adding sample.
QC 6	Sample was added to cartridge before "SMPL" display. This counts down one test on the analyzer. Remove and discard cartridge. To avoid this error, do not add sample until the "WAIT" prompt clears and "SMPL" appears.
QC 7	The cartridge remained in the analyzer without sample addition for 2 minutes after "SMPL" prompt. This counts down one test on the analyzer. Discard the test cartridge and insert a fresh one when you are ready to dispense the shaker.
QC 30 to 33	The analyzer was unable to obtain a valid initial reading. Be sure to remove the shaker within one second after dispensing it into the sample port, and do not disturb the analyzer while the test is running.
QC 50 to 51 QC 55 to 56	Insufficient sample was delivered to the test cartridge. To avoid this error be sure to fully insert the blood collector into the shaker and shake immediately.
All other QC Codes	The quality control checks inside the analyzer did not pass. The test will need to be repeated with another kit. Call Customer Service.
E Codes	The analyzer is not working. Call Customer Service.

Customer Service: 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct)

DISPOSAL OF MATERIALS
Keep the analyzer to run the other test(s) and dispose of it after the last test has been performed. Dispose of the other used components (except the lancet) in household waste. Each lancet, shaker, blood collector and cartridge can be used only once.

Since the lancet has a sharp point, it should be disposed of in an appropriate sharps container in the same way you dispose of your blood sugar testing lancets.

The analyzer could have residual biological material and in this case it should be regarded as contaminated waste and be disposed of in an appropriate biohazardous waste container.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Expected Values (non-diabetic population)
The expected normal range for % A1C using the A1CNow Self Check test system was determined by testing blood samples from 118 presumptively non-diabetic individuals (fasting glucose levels <127 mg/dL) across three US sites. The population included 33 males and 85 females, and an age range from 19 to 76 with a mean age of 43. The mean % A1C result was 5.2% ±0.71% (1 SD). The 95% confidence limits were 3.9% to 6.5%. These normal range values are similar to those reported in the literature.

Linearity
Studies were performed to evaluate the linearity of the A1CNow Self Check test system across its dynamic range. Clinical samples representing low and high % A1C levels were identified, and were mixed in various proportions into nine preparations. These samples were tested in replicates of at least five (n = 5). The observed results were compared to the expected results and analyzed in terms of percent recovery. The test is linear for % A1C levels between 4% and 13%, and produces reliable results with hematocrits between 20% and 60% packed cell volume (PCV).

Precision
The precision analysis was performed with 110 diabetic (n=93) and non-diabetic (n=17) subjects across two US sites. Each subject performed 2 self-tests using the A1CNow Self Check test system, with blood samples taken from two separate fingersticks. The analysis was performed on all subjects who received a numeric result for both self-tests. The data are provided below.

N	AVERAGE WITHIN SUBJECT SD	AVERAGE WITHIN SUBJECT CV
74	0.41	4.57%

Accuracy
Accuracy studies were conducted with 110 diabetic (n=93) and non-diabetic (n=17) subjects across two US sites. Each subject performed 2 self-tests using the A1CNow Self Check test system, with blood samples taken from two separate fingersticks. Venous blood was also collected from each subject for comparative testing using an NGSP-certified laboratory method. All subject self-tests which resulted in evaluable numeric readings were included in the analysis. Accuracy was based on the regression of the two subject self-tests compared to the laboratory method result, and bias calculations were conducted. The data are provided below.

A1CNow Self Check Fingerstick Comparative Testing
(NGSP-certified method is the TOSOH A1C 2.2 Plus)

N	R^2 ADJ.	SLOPE	Y-INTERCEPT
178	0.924	1.010	0.135

(Analytical Bias at 6, 8 and 10%)

A1C VALUE	BIAS	STANDARD ERROR
6%	0.20	0.05
8%	0.22	0.04
10%	0.24	0.07

Interference Testing/Specificity
Studies were performed to assess the effect of common test interferents, various common over-the-counter therapeutic agents, and oral antihyperglycemic agents commonly used to treat Type II diabetes. Two levels of % A1C (low and high, approximately 5% and 9%, respectively) were tested. See table below.

INTERFERENT	TEST CONCENTRATION
Bilirubin (unconjugated)	20 mg/dL
Triglyceride	3000 mg/dL
Hemoglobin	500 mg/dL
Acetaminophen/Paracetamol	8 mg/dL
Ascorbic acid	5 mg/dL
Ibuprofen	12 mg/dL
Aspirin/Acetylsalicylic acid	0.1 g/dL
Glyburide (glibenclamide)	24 µg/dL
Metformin (1,1-dimenthylbiguanide HCl)	2.5 mg/dL

The studies showed no effect from any of these potential interferents at concentrations up to approximately 5-times their normal levels or therapeutic doses. Studies showed no interference from modified hemoglobins, including labile glycated hemoglobin when tested at two levels of % A1C (low and high, approximately 5% and 9% respectively). The modified hemoglobins, and the levels evaluated, were: labile hemoglobin with 1400 mg/dL glucose, carbamylated hemoglobin at a final concentration of 5 mmol/L potassium cyanate, and acetylated hemoglobin at a final concentration of 14 mmol/L acetylsalicylic acid.

There were mixed results from the testing of high levels of Hemoglobin F, Hemoglobin S, and Hemoglobin C. Unreliable results may be obtained from patients with elevated levels of variant hemoglobins.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
When should I do the A1CNow Self Check system test?
The A1CNow Self Check system test can be performed at any time of day. No fasting is required. You may wish to run the test at the same time you do your blood sugar test.

Sometimes I have trouble getting a blood drop that is large enough. What can I do?
Try washing your hands in warm water. Warm water will help increase blood flow for a better fingerstick. You may also massage the finger before the fingerstick.

What is the best way to fill the blood collector?
Hold the blood collector horizontally or at a 45° angle relative to the blood drop. Touch the tip gently to the drop of blood and allow the tube to fill. It will stop automatically when it is filled completely.

My blood collector is not filled completely. What should I do?
Apply pressure to your finger to get more blood. Again, touch the tip gently to the drop of blood and allow the tube to fill. You may have to re-prick your finger to get the necessary blood. If the blood collector does not fill, call Customer Service: 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct).

There is extra blood on the tip of the blood collector. What should I do?
Carefully wipe the tip of the blood collector with a piece of gauze or tissue. If some of the blood comes out while doing this, touch the tip gently to the blood drop to re-fill the blood collector.

The shaker seemed to leak when I pushed the blood collector into it. What should I do?
Call Customer Service.

The cartridge will not insert into the analyzer. What should I do?
Make sure you are inserting the cartridge facing correctly. The code should be on top as you insert the cartridge into the analyzer.

I accidentally opened the cartridge pouch too early. What should I do?
Throw away the cartridge that has been opened for more than 2 minutes. Inaccurate results can be obtained. Use another cartridge in the kit instead.

The codes on the cartridge and the analyzer are not the same.
Do not use the cartridge. Save the packaging materials and call Customer Service.

The analyzer did not turn on after I inserted the cartridge. What should I do?
Take the cartridge out. Re-insert in until it 'clicks'. If the analyzer still does not turn on, this means that it may have a problem and can't be used. Call Customer Service.

I did not see 'RUN' and a countdown after I added the sample using the shaker. What should I do?
Call Customer Service.

My result says 'QCOK' and a number. What should I do?
"QCOK" means the analyzer is working correctly. The number you see is your A1C result. Write your result down in the result log on the front of this insert. The analyzer will show the result for 15 minutes and will turn off automatically.

Review your result with your healthcare professional.

My result is not 'QCOK' and a number. What should I do?
If "QCOK" is not displayed, refer to troubleshooting section or contact Customer Service.

What should I do with the test after I am done with it?
After you write down your result, you can throw away the used blood collector, shaker, and cartridge appropriately. These items can be used only once. Note that the lancet is also a single-use item.

Save the analyzer for additional tests (see outside box for quantity as it may vary). The analyzer will display, for example, "011C" showing that there is one test left. When analyzer is displaying "OOTL", it indicates that you have used all tests. Once you have used all tests, you can discard the analyzer appropriately.

QUESTIONS OR COMMENTS
Call Customer Service: 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct).

REFERENCES

1. Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd Edition, W.B. Saunders Co., 1999.
2. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2011. Diabetes Care, 34 (S1) 2011, pp. S11-S61.
3. Canadian Diabetes Association. 2008 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada, Sept. 2008, Vol. 32, (supp 1).

CUSTOMER SERVICE
For assistance with PTS Diagnostics products, please contact PTS Diagnostics Customer Service (M-F, 6 a.m. - 9 p.m. US EST) or your local authorized dealer.

Toll-free inside the USA and Canada: 1-877-870-5610
Direct: +1-317-870-5610
Fax: +1-317-870-5608
E-mail: customerservice@ptsdiagnostics.com

The A1CNow system is manufactured in the United States by Polymer Technology Systems, Inc., Indianapolis, IN 46268 USA.

© 2018 Polymer Technology Systems, Inc.
A1CNow is a trademark of Polymer Technology Systems, Inc.
All other trademarks and product names are the property of their respective owners.

EXPLANATION OF SYMBOLS
- Use by
- LOT Lot number
- IVD *In vitro* diagnostic medical device
- REF Catalog number
- Consult instructions for use
- CE This product fulfills the requirements of European Directive 98/79/EC on *in vitro* diagnostic medical devices
- Caution
- Manufacturer
- Temperature limitation
- Contains sufficient for <n> tests
- EC REP Authorized representative in the European Community
- Keep away from sunlight
- Keep dry
- Product requires separate collection for electrical and electronic equipment per the WEEE Directive

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
Polymer Technology Systems, Inc., 7736 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268 USA, +1-317-870-5610

CE 0086

pts Diagnostics

* Note: hemoglobin = haemoglobin and fingerstick = fingerprick

RU

A1CNow®
Self Check Тест-система

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Тест-система A1CNow® Self Check обеспечивает количественное измерение процентного содержания гликированного гемоглобина* в образцах капиллярной (забор крови из пальца*) крови. Тест предназначен для гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом в домашних условиях.

Перед использованием этого теста внимательно прочтите все инструкции.
Если вам необходима дополнительная помощь, позвоните в службу по работе с клиентами по номеру 1-877-870-5610 (бесплатный в США и Канаде) или +1-317-870-5610 (прямой).
Позвоните нам, и мы предоставим вам руководство по тесту.

Не делайте никаких выводов относительно назначения лечения, не проконсультировавшись с лечащим врачом.

ВВЕДЕНИЕ
Текущий уровень содержания (в %) гликированного гемоглобина A1C в крови отражает то, насколько хорошо вы контролировали уровень сахара (глюкозы) в крови за последние 2–3 месяца. Около 50 % результата гликированного гемоглобина A1C отражают уровень содержания сахара в крови за последние 30 дней, примерно 25 % — за последние 30–60 дней и около 25 % — за последние 60–90 дней.[1]

Ассоциации American Diabetes Association (ADA) и Canadian Diabetes Association (CDA) рекомендуют проводить тестирование уровня содержания гликированного гемоглобина A1C не менее двух раз в год, если вы выполняете цели курса лечения сахарного диабета и ваш уровень содержания сахара в крови стабилен. При изменении или невыполнении целей курса лечения ассоциации ADA и CDA рекомендуют проводить тестирование как минимум каждые 3 месяца.[2,3]

Тест-система A1CNow Self Check представляет собой простой тест для измерения уровня содержания гликированного гемоглобина A1C в домашних условиях с получением результатов через 5 минут. В дополнение к тестированию уровня сахара в крови можно использовать этот тест для принятия решений о дальнейшем лечении сахарного диабета. Можно выполнять тест перед приемами лечащего врача и показывать ему результаты теста. Если у вас есть какие-либо опасения в отношении результата гликированного гемоглобина A1C, обратитесь к лечащему врачу. Тест-система A1CNow Self Check не заменяет регулярное оценивание в кабинете врача или в лабораторных условиях, где действуют программы контроля качества.

ПРИНЦИПЫ ТЕСТА
Принцип действия анализатора A1CNow Self Check для определения уровня гликированного гемоглобина A1C и общего количества гемоглобина основан на методах иммунологического и химического анализа соответственно. После добавления разведенного образца крови голубые микрочастицы, конъюгированные с антителами к гликированному гемоглобину A1C, распространяются по индикаторным полоскам. Количество голубых микрочастиц, оставшихся на полосках, отражает количество гликированного гемоглобина A1C в образце.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В состав коробки входят материалы для выполнения ряда тестов на определение уровня содержания гликированного гемоглобина A1C. См. информацию на коробке, так как количество тестов может отличаться. Проверьте, чтобы в коробке были перечисленные ниже компоненты. Вскрывайте упаковки только ПЕРЕД использованием.

- Анализатор A1CNow Self Check (см. количество на этикетке коробки).
- Упаковка картриджа (см. количество на этикетке коробки). Каждый тест-картридж содержит две индикаторные полоски с сухим реагентом:
  - антитела к гемоглобину HbA1c: латексный конъюгат, низкомолекулярный гаптен для минимального количества гемоглобина HbA1c 3 мкг, ковалентно присоединенный к белку-носителю в минимальной концентрации 0,02 мкг.
- Упаковка шейкера (см. количество на этикетке коробки):
  - шейкер (1), который содержит следующее: 0,2 % феррицианида калия (в отношении массы к объему), 2 % сурфактанта (в отношении массы к объему), 0,7 % неактивных ингредиентов (в отношении массы к объему), 5 ммоль водного раствора буфера;
  - коллектор крови (1 шт.);
  - одноразовый ланцет (1 шт.).
- Листки-вкладыши.

НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Марлевые салфетки или ватные шарики.
- Жгут.

Обратитесь в службу по работе с клиентами, чтобы получить список допустимых жидких контрольных растворов.

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА
Тест на определение уровня содержания гликированного гемоглобина A1C можно выполнять в любое время дня. Не забывайте мыть руки перед каждым выполнением теста.

Не требуется придерживаться специальной диеты (перед выполнением теста нет необходимости воздерживаться от приема пищи). Можно выполнять этот тест вместе с тестом на определение уровня сахара в крови.

Для обеспечения точных результатов необходимо выполнить тест в течение 15 минут. Не выполняйте тест под прямыми солнечными лучами, на горячих или холодных поверхностях или рядом с источниками тепла или холода. Если компоненты комплекта теста недавно находились при высокой (выше 25 °C [77 °F]) или низкой температуре (ниже 18 °C [64 °F]), перед выполнением теста оставьте их при комнатной температуре (18–25 °C [64–77 °F]) на время не менее часа. В этот промежуток времени все компоненты должны оставаться в запечатанных упаковках.

Не перемещайте анализатор во время выполнения теста.

ДЕЙСТВИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
Анализатор хранит результаты только в течение 15 минут, поэтому во избежание потери информации записывайте дату и результаты теста в журнале результатов, представленном на передней стороне вкладыша.

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
Согласно рекомендациям ассоциаций ADA и CDA уровень содержания гликированного гемоглобина A1C для большинства больных сахарным диабетом должен составлять ниже 7 %.[2,3] Лечащий врач должен уведомить вас, какой целевой уровень подходит именно вам.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТОГО ТЕСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА A1C И ТЕСТОВ, ПРОВОДИМЫХ В КАБИНЕТЕ ВРАЧА ИЛИ В ЛАБОРАТОРИИ?
Результаты тестов редко когда полностью совпадают. Это утверждение верно и в отношении повторных тестов, проводимых в той же лаборатории.

Результаты гликированного гемоглобина A1C могут различаться вследствие небольших отличий в применяемых в разных лабораториях методах, нормальной вариации, характерной для каждого метода тестирования, а также разного времени проведения тестов.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
- Храните и используйте при комнатной температуре (18–25 °C [64–77 °F]) вдали от прямых солнечных лучей.
- Если вы не можете обеспечить хранение комплекта при рекомендуемых условиях, можно хранить его в холодильнике при температуре 2–8 °C (36–46 °F). НЕ замораживайте. Однако в этом случае перед использованием комплект необходимо оставить при комнатной температуре не менее чем на час.
- Если этикетка с указанием температуры, размещенная на внешней стороне каждого комплекта, будет подвержена воздействию температуры, превышающей 50 °C (122 °F), то точка на этикетке станет красной. В таком случае запрещается использовать продукт.
- НЕ используйте тест после даты истечения срока годности, указанной на коробке.
- Для дезинфекции анализатора рекомендуется использовать салфетки Super Sani-Cloth® (EPA Reg. No. 9480-4, Professional Disposables International (PDI), Orangeburg, New York) с концентрацией действующих веществ (0,25 %) и временем воздействия 2 минуты. Действующими веществами этого дезинфицирующего средства являются хлориды н-диметилэтилбензиламмония.
- Если анализатор не используется, храните его в защитной упаковке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- **При использовании анализатора для контроля текущего заболевания руководствуйтесь его результатами для корректировки уже назначенного курса лечения, только если вы располагаете соответствующими знаниями.**
- Для самоконтроля необходимо использовать вне живого организма (диагностика *in vitro*).
- Для обеспечения надлежащего и эффективного тестирования внимательно прочтите все шаги, указанные на передней стороне этого листка-вкладыша, и следуйте им.
- **НЕ изменяйте дозировку препаратов до консультации с лечащим врачом.**
- НЕ используйте этот тест вместо контроля уровня сахара в крови.
- На точность результатов гликированного гемоглобина A1C может повлиять следующее: вариантные гемоглобины (HbS, HbC), повышенный HbF, анемия, недавние значительные потери крови, недавнее переливание крови или значительная концентрация ревматоидного фактора.
- Перед использованием этого комплекта людям, страдающим от гемофилии (нарушение свертываемости крови) или проходящим курс антикоагулянтного лечения (прием разжижающих крови препаратов), должны обратиться к лечащему врачу.
- НЕ используйте тестовый комплект, если какие-либо компоненты надтреснуты или сломаны.
- НЕ употребляйте в пищу и не пейте какие-либо компоненты этого комплекта.
- Храните в недоступном месте для детей, не достигших 7 лет. Дети должны выполнять тест только под надзором взрослых.
- НЕ используйте другие биологические жидкости или пищу для выполнения этого теста. Используйте образец крови, взятой ТОЛЬКО из пальца.
- НЕ используйте шейкер или картридж повторно. Утилизируйте эти компоненты после первого использования. См. шаг 11, указанный на передней стороне этого листка-вкладыша.
- При попадании раствора из шейкера на кожу или в глаза промойте их водой.
- Вскрывайте запечатанную упаковку картриджа только перед использованием.
- НЕ добавляйте кровь непосредственно в картридж. Сначала кровь необходимо добавить в шейкер.
- НЕ касайтесь области белого круга картриджа.
- Этот тест необходимо использовать при комнатной температуре от 18 до 25 °C (от 64 до 77 °F). В случае использования этого теста при температуре, выходящей за рамки этого диапазона, на дисплее появится код ошибки.
- Запрещается использовать тест-картридж, если фольгированная или другая защитная упаковка повреждена.
- **Предупреждение. Анализатор содержит материалы животного происхождения, поэтому с ним необходимо обращаться как с потенциальным носителем и переносчиком заболеваний.**

ОГРАНИЧЕНИЯ
- Данный тест НЕ предназначен для скрининга или диагностики сахарного диабета.
- Если у пользователя высокое содержание гемоглобина F, S, C или других вариантных гемоглобинов, результаты системы A1CNow могут быть неверными.
- К снижению содержания глюкозы в эритроцитах приводит любая причина, вызывающая сокращение их срока жизни (например, гемолитическая анемия или другие гемолитические заболевания, беременность, недавние значительные потери крови и т. д.). В результате наблюдается снижение значения гликированного гемоглобина A1C в %. Результаты процентного содержания гликированного гемоглобина A1C не являются надежными для пользователей с хронической кровопотерей, в крови которых, соответственно, присутствуют эритроциты с разной продолжительностью жизни.
- Значительная концентрация ревматоидного фактора приводит к низкой результативности процедуры или появлению кода ошибки. Рекомендуется, чтобы лечащий врач провел повторное тестирование гликированного гемоглобина A1C, используя альтернативные методы анализа, например метод боронатной аффинности.
- Данный тестовый комплект НЕ заменяет регулярные посещения лечащего врача и контроль уровня глюкозы в крови.
- Как и в любой другой лабораторной процедуре, значительное расхождение клинических заключений и результатов тестирования обычно является основанием для дальнейшего медицинского исследования.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Каждый анализатор A1CNow Self Check компании PTS Diagnostics выполняет более 50 внутренних проверок качества химических и электронных компонентов. Также он осуществляет анализ потенциальных аппаратных и программных ошибок (например, неверное положение картриджа, сбои в программном обеспечении) и возможных проблем, связанных с тест-полосками (например, недостаточный объем образца, ошибки в расчетах). Анализатор запрограммирован таким образом, чтобы выдавать код ошибки при невыполнении проверки качества. Если вы получили сообщение о каких-либо ошибках, позвоните в службу по работе с клиентами по номеру 1-877-870-5610 (бесплатный в США и Канаде) или +1-317-870-5610 (прямой).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
См. приведенную ниже таблицу с описанием кодов текущего состояния и ошибок тест-системы A1CNow Self Check (OR = вне диапазона, QC = контроль качества, E = ошибка анализатора).

СООБЩЕНИЕ	ОПИСАНИЕ И РЕШЕНИЕ
OR 1	Возможно, образец крови содержит слишком мало гемоглобина для нормального выполнения теста либо вы добавили слишком мало крови. Позвоните в службу по работе с клиентами.
OR 2	Возможно, образец крови содержит слишком много гемоглобина для нормального выполнения теста либо вы добавили слишком много крови. Позвоните в службу по работе с клиентами.
OR 3	Возможно, образец крови содержит слишком мало гликированного гемоглобина A1C для нормального выполнения теста либо вы добавили слишком мало крови. Позвоните в службу по работе с клиентами.
OR 4	Возможно, образец крови содержит слишком много гликированного гемоглобина A1C для нормального выполнения теста либо вы добавили слишком много крови. Позвоните в службу по работе с клиентами.
OR 5	Температура анализатора ниже 18 °C (64 °F). Необходимо повторно выполнить тест при комнатной температуре от 18 до 25 °C (от 64 до 77 °F), используя новый картридж.
OR 6	Температура анализатора выше 25 °C (77 °F). Необходимо повторно выполнить тест при комнатной температуре от 18 до 25 °C (от 64 до 77 °F), используя новый картридж.
<4.0	Процентное содержание гликированного гемоглобина A1C ниже 4 %. Позвоните в службу по работе с клиентами.
>13.0	Процентное содержание гликированного гемоглобина A1C выше 13 %. Позвоните лечащему врачу.
QC 2	Появляется при вставке картриджа, который уже содержит образец. Не извлекайте и не вставляйте картридж повторно после добавления образца.
QC 6	Образец добавлен в картридж до того, как на дисплее появилось сообщение SMPL. В этом случае количество тестов, которые можно выполнить с помощью анализатора, сокращается на один. Удалите тест-картридж и вставьте новый, когда будете готовы опорожнить шейкер.
QC 7	Картридж оставался в анализаторе без образца в течение 2 минут после появления сообщения SMPL. В этом случае количество тестов, которые можно выполнить с помощью анализатора, сокращается на один. Удалите тест-картридж и вставьте новый, когда будете готовы опорожнить шейкер.
QC 30–33	Анализатору не удалось получить первичные действительные показания. Извлекайте шейкер в течение одной секунды после опорожнения в отверстие для образца. Не прикасайтесь к анализатору во время выполнения теста.
QC 50–51 QC 55–56	Недостаточный объем образца в тест-картридже. Во избежание этой ситуации убедитесь, что коллектор крови полностью вставлен в шейкер, после чего немедленно встряхните его несколько раз.
Все остальные коды QC	Внутренняя процедура контроля качества анализатора не выполнена. Повторите тест, используя другой комплект. Позвоните в службу по работе с клиентами.
Коды E	Анализатор в нерабочем состоянии. Позвоните в службу по работе с клиентами.

Телефоны службы по работе с клиентами: 1-877-870-5610 (бесплатный в США и Канаде) или +1-317-870-5610 (прямой).

УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Сохраняйте анализатор для выполнения других тестов и утилизируйте его после выполнения последнего теста. Утилизируйте другие использованные компоненты (кроме ланцета) как бытовые отходы. Каждый ланцет, шейкер, коллектор крови и картридж можно использовать только один раз.

Поскольку у ланцета острый кончик, его необходимо утилизировать в соответствующий контейнер для острых предметов, как и ланцеты для тестирования уровня сахара в крови.

Анализатор может содержать остатки биологического материала. В этом случае его следует рассматривать как загрязненные отходы и утилизировать в соответствующий контейнер для биологически опасных отходов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ожидаемые значения (для лиц, не страдающих от сахарного диабета)
Диапазон ожидаемых нормальных значений процентного содержания гликированного гемоглобина A1C при анализе с помощью тест-системы A1CNow Self Check был определен путем тестирования образцов крови 118 лиц, предположительно не страдающих от сахарного диабета (уровень глюкозы натощак < 127 мг/дл). Исследования проводились на трех объектах США. Контрольная группа популяции включала 33 представителя мужского и 85 представителей женского пола в возрасте от 19 до 76 лет (средний возраст — 43 года). Выявленное в результате среднее значение процентного уровня содержания гликированного гемоглобина A1C составило 5,2 ± 0,71 % (сахарный диабет I типа). 95%-й доверительный интервал составляет от 3,9 до 6,5 %. Этот диапазон нормальных значений подобен значениям, указанным в литературе.

Линейность
Проводились исследования для оценки линейности тест-системы A1CNow Self Check в пределах ее динамического диапазона. Определялись клинические образцы с низким и высоким процентным уровнем содержания гликированного гемоглобина A1C, смешивались в различных пропорциях и распределялись на девять препаратов. Эти образцы были протестированы в параллельных анализах не менее пяти раз (n = 5). Полученные результаты были сопоставлены с ожидаемыми результатами и проанализированы с точки зрения степени извлечения. Тест является линейным для случаев, когда процентный уровень содержания гликированного гемоглобина A1C составляет от 4 до 13 %. Позволяет получить надежные результаты, если гематокритное число составляет от 20 до 60 %.

Точность
Анализ точности проводился на двух объектах США с участием 110 испытуемых, как страдающих от диабета (n = 93), так и здоровых (n=17). Каждый испытуемый прошел два теста для самоконтроля, используя тест-систему A1CNow Self Check. Забор двух образцов крови происходил отдельно. Анализ выполнялся для всех испытуем